

**ALLEGATO 7**

CODICE **GT2727**
DIMENSIONI ESTERNE... 500x550x1800 mm
PESO 50 kg

IMPACT TEST CSTB SHOCK LEGGERO

NORMATIVE

CSTB CAHIER, 3778-V6, ALLEGATO 7

DESCRIZIONE

Strumento usato per la determinazione della resistenza allo shock leggero delle piastrelle ceramiche smaltate come descritto dalla CSTB CAHIER 3778-V6 ANNEX 7.

L'apparecchio di prova è composto principalmente da:

- *Un supporto rigido per sostenere una lastra di cemento di 40x40 cm*
- *Un' asta verticale su cui scorre un supporto equipaggiato con magnete che trattiene la sfera d' acciaio prima della sua caduta*
- *Una sfera d' acciaio lucido di 50 gr*
- *Una piastra in cemento pressato di 40x40 cm spessore 4 cm*

SPECIFICHE TECNICHE

- *Struttura in acciaio verniciato a polvere*

DOTAZIONE

- *Telaio in acciaio per il posizionamento del campionesi di prova*
- *Sfera di acciaio 50 gr*

ACCESSORI E RICAMBI

GT2098	Kit per eseguire CSTB Cahier 3778-2017,ANNEX 6
---------------	--