

**ALLEGATO 6**

CODICE **GT2723**
DIMENSIONI ESTERNE... 1000x1050x1300 mm
PESO..... 60 kg

IMPACT TEST CSTB**NORMATIVE**

CSTB CAHIER 3778-V6, ALLEGATO 6

DESCRIZIONE

Strumento per la determinazione della resistenza all'impatto

SPECIFICHE TECNICHE

- *Struttura in acciaio verniciato a polvere*

DOTAZIONE**ALLEGATO 6:**

Strumento per la determinazione dello shock pesante per le piastrelle ceramiche non smaltate. L'apparechio di prova è composto da:

- *Letto di sabbia di dimensioni adatte a una piastra di cemento di 70x70 cm con spessore 6 cm*
- *Una asta verticale su cui scorre un supporto equipaggiato con magnete che trattiene la sfera di acciaio prima della sua caduta*
- *Una biglia di acciaio di 510 gr*